

TEMPERATURA ED UMIDITA' DELL'ARIA

Settore metrologico	Strumento in taratura	RAPPORTI DI TARATURA		CERTIFICATI DI TARATURA ACCREDITATO- ISO 17025	
		in laboratorio	in esterno	in laboratorio	in esterno
STE-08	Misuratori di temperatura dell'aria	- 20 °C ÷ 150 °C	SI	- 20 °C ÷ 150 °C	NO
SHR-01	Igrometri e termoigrometri	SI	SI	SI	NO
STR-01	Igrometri a punto di rugiada	SI	NO	SI	NO
SHR-04	Ambienti climatici (misura di umidità relativa)	SI	SI	SI	SI